

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 21 września 2022 r

dot. postępowania nr 10/ZD/2022

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych o innej niż wskazano częstotliwości /tu: 66 kHz/?

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RTG do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych o częstotliwości od 30 kHz do 300 kHz.**

2. Czy Zamawiający wymaga aparatu RTG montowanego do ściany?

**Zamawiający wymaga aparatu RTG montowanego do ściany.**

3. Z jakiego materiału wykonano ścianę pomieszczenia, w którym planowany jest montaż oraz jaka jest jej grubość?

**Ściana wykonana jest z bloczków wapienno – piaskowych o grubości około 24 cm.**

4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RVG z czujnikiem o innej niż wskazano w specyfikacji rozdzielczości (tu: 20 par linii na milimetr) oraz o innej niż wskazano w specyfikacji wielkości piksela (tu: 30  $\mu\text{m}$ )?

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu RVG z czujnikiem o rozdzielczości rzeczywistej od 16 par linii na milimetr do 26 par linii na milimetr oraz wielkości piksela od 19,5  $\mu\text{m}$  do 30  $\mu\text{m}$ . Tolerancja dla obu parametrów wynosi +/- 10%.**

5. Czy Zamawiający dopuści ofertę częściową?

**Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.**

6. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drobnego sprzętu z 12-miesięcznym terminem gwarancji?

**Zamawiający, zgodnie z §4 projektu umowy, wymaga od Wykonawcy udzielenia Zamawiającemu rękojmi ustawowej na dostarczony przedmiot umowy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz udzielenia gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.**

7. Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji zamówienia (w części III podano 30 dni, zaś na końcu cz. IV – 8 tygodni (czyli ok. 60 dni).

**Termin 30 dniowy wskazany w części III ogłoszenia o zamówieniu nr 10/ZD/2022 dotyczy dostępności sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Termin 8 tygodni wskazany w części IV oraz projekcie umowy dot. przygotowania dokumentacji niezbędnej do**

Warszawa, 21 września 2022 r.

uruchomienia pracowni RTG, montażu, uruchomienia sprzętu i szkolenia. Podsumowując Wykonawca ma 30 dni na skompletowanie sprzętu będącego przedmiotem zamówienia a pozostały czas do upływu 8 tygodni jest przeznaczony na zrealizowanie dostawy sprzętu, jego montaż, uruchomienie, opracowanie wymaganej dokumentacji oraz szkolenie personelu.

8. Z uwagi na inflację, podwyżki cen od producentów oraz wzrost kursu walut prosimy o ścisłe określenie czasu, w jakim Zamawiający przewiduje zwiększyć ewentualny zakup sprzętu (dotyczy cz. IX pkt 1).

**Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zakresu zamówienia.**

KIEROWNIK  
Służby Zdrownia  
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej  
z siedzibą w Warszawie  
*[Signature]*  
ppor. SG **Bartosz Lotys**