

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 30/ZM/2025**Sprzedaż i dostawa monitora medycznego EIZO RadiForce MX317W- 1 sztuka****I. Dane Zamawiającego**

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego
ul. Komitetu Obrony Robotników 23
02-148 Warszawa
tel. stac. 22 500 3068, tel. kom. 797 338 520, fax. 22 500 3732
e-mail: pawel.ceglinski@strazgraniczna.pl

II. Opis Przedmiotu Zamówienia: Sprzedaż i dostawa monitora medycznego EIZO RadiForce MX317W- 1 sztuka**Specyfikacja zakupu**

MONITOR	
Wielkość przekątnej ekranu	Min 30"
Typ ekranu	LCD, aktywna matryca TFT kolorowa wykonana w technologii IPS z podświetleniem LED
Rozdzielczość naturalna	4096 x 2160 (17:9)
Wielkość plamki	Max 0,17 x 0,17 mm
Jasność maksymalna	Min. 550 cd/m2 -Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania.
Kontrast panela	Min. 1800:1
Kąty widzenia	178° / 178°w pionie i poziomie
Całkowity czas reakcji matrycy	Nie więcej niż 25 ms
Ilość wyświetlanych kolorów	10-bit (DisplayPort): 1,07 miliarda z palety 543 miliardów kolorów (13-bit) 8-bit: 16,77 miliona z palety 543 miliardów kolorów (13-bit)
Kalibracja monitora	Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14
Wbudowany kalibrator	Wbudowany kalibrator nieograniczający pola widzenia na monitorze podczas pracy .
Dodatkowe wbudowane czujniki	Czujnik mierzący jasność otoczenia
Definiowane tryby pracy monitora	6 trybów pracy (DICOM, CAL, Patho, Custom, sRGB, Text)
Wymagania dodatkowe	Funkcja pozwalająca wyróżnić na ekranie monitora wybrany obszar do diagnozy w trybie DICOM (w formie prostokąta bądź poziomego pasa) poprzez przyciemnienie pozostałej części ekranu.
Wymagane dodatkowe funkcje	Układ wyrównujący jasność matrycy LCD Układ wyrównujący odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD
Złącza Video	Min. Wejściowe: USB Type-C, DisplayPort x 2, HDMI Wyjściowe: USB Type-C (daisy chain)

Złącza USB	Min. Upstream USB 2.0: Type-B x 2, USB 2.0: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 94 W max.) Downstream USB 2.0: Type-A x 3 USB 2.0: Type-C (DisplayPort Alt Mode, Power Delivery Source 15 W max.)
Karta sieciowa	Wbudowana karta sieciowa USB ze złączem RJ45 (1000BASE-T)
Zasilanie	Wbudowany zasilacz AC 100-240V 50/60Hz Pobór mocy: 260W maksymalnie W stanie spoczynku- poniżej 1 W
Parametry fizyczne	Waga nie większa niż: 12,6 kg (ze stopką) 8,5 kg (bez stopki) Mocowanie: VESA 100x100 mm
Zgodny z standardem	CE (MDR 2017/745)
Gwarancja producenta i wymagania dodatkowe	Gwarancja na okres 60 miesięcy, door to door. Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta i posiadać standard ISO 9001 i ISO 13485 Oświadczenie producenta monitora lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski, potwierdzający, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

III. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:

Kryterium wyboru Wykonawcy jest cena 100% łącznej wartości zamówienia.

IV Warunki realizacji zamówienia:

- ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 1,
- oferta musi być sporządzona w języku polskim,
- oferta musi być czytelna,
- oferta złożona po terminie może zostać odrzucona,
- Zamawiający nie dopuszcza innego rodzaju przedmiotu Zamówienia jak wymieniony w opisie,
- Zamawiający może odstąpić od realizacji Zamówienia, jeśli wartość Zamówienia przekroczy kwotę przeznaczoną na jego realizację,
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
- W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia, Sprzedający wymieni je na nowe wolne od wad w terminie do czternastu dni od daty zgłoszenia wady.

V. Okres realizacji zamówienia:

Sprzedający dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem i na własny koszt w terminie do 14 dni od chwili złożenia zamówienia. Co najmniej 3 dni przed dostawą Wykonawca powiadomi zamawiającego o dostawie. F-ra płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia jej do Zamawiającego i odbioru przedmiotu zamówienia.

IV. Termin i sposób składania ofert:

podpisaną przez oferenta ofertę należy wysłać na adres e-mail: pawel.ceglinski@strazgraniczna.pl do dnia 30.06.2025 r. do godziny 15:00

V. Dodatkowe informacje:

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego do zawarcia umowy,

- Dane osobowe zebrane w wyniku procesu wyboru Dostawcy mogą być udostępnione przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego, ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom upoważnionym do prowadzenia powyższych czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie danych osobowych.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (1 na 1 str.)
2. Klauzula informacyjna RODO (1 na 1 str.)
3. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze (1 na 1 str.)

2025-05-23

.....
data

NACZELNIK
Wydziału Zaopatrzenia Materiałowego
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej
im. Powstania Warszawskiego

[Podpis]
por. SG Jarosław MISTERKA

.....
Podpis kierownika

